

RAPPEL DE PRODUIT

Chères clientes, chers clients,

La société ADRELUX procède à un RAPPEL de produit suite à une non-conformité.

Produit	Code à barre	N° de lot	DDM*
Masques FFP2 x10 INTEXTRED		3800600001967	Tous
Masques FFP2 x20 INTEXTRED		3800600001820	Tous
Motif	La filtration du masque n'est pas suffisante et présente donc un risque pour la santé de son utilisateur.		

(*) : Date de Durabilité Minimale

**SI VOUS AVEZ ACHETÉ CE PRODUIT,
ne le consommez pas, rapportez-le à l'accueil
de notre magasin pour remboursement ou échange**

Pour de plus amples informations :
Tél. **09 52 11 07 35** (service et appels gratuits) du lundi au vendredi de 8h à 18h.

A afficher jusqu'au : **11/08/2021**

N° 0153/2021

Vous remerciant de votre compréhension,
Le service qualité

